

## 姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2024/08

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.0	3.7	4.6
2日	3.2	3.7	4.8
3日	3.3	3.8	4.2
4日	3.4	3.8	4.2
5日	3.0	3.8	4.8
6日	3.0	3.7	4.7
7日	3.0	3.7	4.6
8日	3.0	3.7	4.4
9日	3.0	3.7	4.8
10日	3.2	3.7	4.1
11日	3.3	3.7	4.1
12日	3.2	3.7	4.1
13日	2.9	3.7	4.4
14日	3.0	3.7	4.5
15日	2.9	3.7	4.5
16日	2.9	3.6	5.3
17日	3.2	3.7	4.6
18日	3.3	3.7	4.0
19日	2.9	3.7	4.5
20日	3.0	3.7	4.3
21日	3.0	3.7	4.3
22日	2.8	3.7	4.6
23日	3.1	3.7	4.3
24日	3.3	3.7	4.8
25日	3.3	3.7	4.1
26日	3.1	3.8	4.5
27日	1.8	3.1	4.1
28日	1.9	3.1	3.9
29日	2.1	3.1	4.1
30日	2.2	3.1	3.7
31日	2.5	3.1	3.6
全体	1.8	3.6	5.3

8月27日8:56から1分間1.8℃、9:46から1分間1.9℃、17:00から1分間1.9℃を記録した。

8月28日12:20から2分間1.9℃を記録した。

いずれの時間にも検体は入っておらず、治験の継続には問題ないとする。

その他、温度逸脱がないことを確認した。

2024年9月2日

検査技師長

山 中 清 史