

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2024/09

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	2.5	3.1	3.7
2日	2.0	3.1	4.1
3日	2.1	3.1	4.2
4日	2.2	3.1	4.1
5日	2.1	3.1	3.8
6日	2.3	3.2	4.3
7日	2.6	3.2	3.8
8日	2.5	3.2	3.7
9日	2.4	3.2	4.0
10日	2.4	3.2	4.1
11日	2.3	3.2	4.1
12日	2.4	3.3	4.1
13日	2.5	3.3	4.1
14日	2.6	3.2	3.7
15日	2.5	3.2	3.8
16日	2.7	3.2	3.7
17日	2.3	3.5	4.4
18日	2.9	3.8	4.4
19日	3.2	3.8	4.3
20日	3.2	3.8	4.4
21日	3.2	3.8	4.1
22日	3.4	3.7	4.0
23日	3.3	3.7	4.0
24日	3.1	3.7	4.6
25日	3.0	3.7	4.3
26日	3.2	3.7	4.7
27日	3.0	3.7	4.2
28日	3.4	3.7	4.0
29日	3.4	3.7	4.2
30日	3.2	3.7	4.6
全体	2.0	3.4	4.7

温度逸脱がないことを確認しました。
2024年10月1日
検査技師長 山中清史