

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2024/10

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.2	3.7	4.4
2日	3.0	3.7	4.5
3日	2.9	3.7	4.7
4日	3.2	3.7	4.0
5日	3.3	3.6	4.0
6日	3.3	3.6	4.4
7日	2.9	3.6	4.6
8日	3.2	3.6	4.4
9日	3.3	3.7	5.0
10日	3.1	3.6	4.3
11日	3.1	3.6	4.3
12日	3.3	3.6	3.9
13日	3.3	3.6	3.8
14日	3.2	3.6	4.1
15日	3.1	3.6	4.7
16日	2.9	3.6	4.2
17日	2.9	3.6	4.1
18日	3.0	3.6	4.4
19日	3.3	3.6	3.9
20日	3.2	3.6	3.8
21日	3.0	3.6	4.0
22日	3.0	3.5	4.1
23日	2.8	3.5	4.3
24日	3.0	3.5	4.7
25日	3.0	3.5	4.2
26日	3.1	3.5	3.9
27日	3.1	3.5	3.8
28日	3.0	3.5	4.3
29日	3.0	3.5	4.0
30日	3.0	3.6	4.2
31日	3.1	3.6	4.4
全体	2.8	3.6	5.0

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年11月1日

検査技師長

山中清史