

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2024/11

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.1	3.6	4.4
2日	3.3	3.6	3.9
3日	3.2	3.6	3.9
4日	3.2	3.6	4.4
5日	3.1	3.6	4.7
6日	3.1	3.7	4.3
7日	3.1	3.7	4.1
8日	3.0	3.7	4.3
9日	3.4	3.7	4.1
10日	3.4	3.7	4.0
11日	3.1	3.7	4.2
12日	3.3	3.7	4.2
13日	3.4	3.8	4.2
14日	3.0	3.7	4.3
15日	3.1	3.7	4.5
16日	3.3	3.7	4.1
17日	3.3	3.8	4.0
18日	3.1	3.7	4.2
19日	2.8	3.7	4.1
20日	2.8	3.5	4.2
21日	2.9	3.5	4.7
22日	3.1	3.6	4.4
23日	3.2	3.7	4.0
24日	3.3	3.6	3.9
25日	2.9	3.6	4.1
26日	3.0	3.6	4.2
27日	3.0	3.7	4.6
28日	3.1	3.7	4.0
29日	2.9	3.6	4.1
30日	3.0	3.5	3.9
全体	2.8	3.7	4.7

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年12月2日

検査技師長

山中清央