

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2024/12

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.1	3.5	3.8
2日	2.9	3.6	4.3
3日	2.7	3.6	4.2
4日	3.0	3.6	4.1
5日	3.1	3.6	4.4
6日	3.1	3.6	4.1
7日	3.2	3.6	3.9
8日	3.1	3.6	3.9
9日	3.0	3.6	4.2
10日	2.7	3.6	4.4
11日	2.2	3.3	4.3
12日	3.0	3.6	4.1
13日	2.9	3.7	4.2
14日	3.2	3.7	4.1
15日	3.1	3.7	4.0
16日	3.1	3.6	4.2
17日	3.0	3.6	4.2
18日	2.7	3.6	4.1
19日	3.1	3.7	4.1
20日	3.1	3.7	4.4
21日	3.3	3.7	4.0
22日	3.3	3.7	4.0
23日	2.9	3.7	4.7
24日	3.3	3.8	4.2
25日	3.2	3.8	4.2
26日	2.9	3.7	4.1
27日	3.3	3.7	4.1
28日	3.4	3.8	4.0
29日	3.4	3.7	4.0
30日	3.3	3.8	4.5
31日	3.4	3.8	4.0
全体	2.2	3.7	4.7

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年1月6日
検査技師長 小中清史