

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/01

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.4	3.8	4.0
2日	3.4	3.7	4.2
3日	3.4	3.7	4.0
4日	3.3	3.8	4.2
5日	3.3	3.7	4.3
6日	2.9	3.7	4.8
7日	3.1	3.7	4.3
8日	3.0	3.6	4.3
9日	2.9	3.6	4.0
10日	3.1	3.7	4.3
11日	3.2	3.6	4.0
12日	3.3	3.7	4.1
13日	3.2	3.6	3.9
14日	2.7	3.6	4.4
15日	3.2	3.7	4.4
16日	3.1	3.7	4.5
17日	3.0	3.7	4.1
18日	3.3	3.7	4.0
19日	3.3	3.7	4.0
20日	2.9	3.7	4.1
21日	3.1	3.7	4.2
22日	3.2	3.7	4.2
23日	3.2	3.7	4.1
24日	3.2	3.7	4.2
25日	3.4	3.7	4.0
26日	3.4	3.7	4.0
27日	3.1	3.7	4.2
28日	3.3	3.7	4.1
29日	3.3	3.8	4.5
30日	3.2	3.8	4.3
31日	3.3	3.8	4.1
全体	2.7	3.7	4.8

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年2月3日

検査技師長

山中清史