

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/02

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.5	3.8	4.1
2日	3.5	3.8	4.1
3日	2.8	3.8	4.1
4日	3.3	3.8	4.2
5日	3.2	3.8	4.4
6日	3.3	3.7	4.1
7日	3.2	3.7	4.2
8日	3.4	3.8	4.0
9日	3.4	3.7	4.0
10日	3.2	3.7	4.2
11日	3.4	3.8	4.0
12日	3.0	3.8	4.9
13日	3.3	3.8	5.1
14日	3.1	3.8	5.2
15日	3.4	3.8	4.0
16日	3.4	3.7	4.0
17日	3.2	3.7	4.2
18日	3.3	3.7	4.5
19日	3.1	3.6	4.0
20日	2.2	3.4	5.4
21日	2.0	2.7	4.1
22日	1.9	2.6	3.1
23日	2.0	2.7	3.1
24日	2.1	2.7	3.2
25日	1.5	2.7	3.3
26日	1.9	2.8	3.4
27日	2.0	2.8	3.5
28日	2.0	2.8	3.6
全体	1.5	3.4	5.4

温度逸脱が2月22日、2月25日、2月26日に発生した
 冷気が当たったことによる逸脱であり、その際に治験検体の保管はなかったことから問題ないとする
 対策として、冷気が直接当たらない場所への温度ロガー移動を行い様子を観察し対応する
 2025年3月3日
 検査技師長

小中清史