

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/03

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	2.2	2.8	3.4
2日	2.1	2.7	3.2
3日	1.9	2.9	5.3
4日	2.4	3.1	3.6
5日	2.1	3.0	3.6
6日	2.1	3.0	3.7
7日	2.3	3.0	3.7
8日	2.4	3.0	3.4
9日	2.5	3.0	3.5
10日	2.1	3.0	3.6
11日	1.7	3.3	5.0
12日	2.6	3.3	4.1
13日	2.5	3.2	3.7
14日	2.5	3.2	3.7
15日	2.8	3.3	3.6
16日	2.7	3.3	3.6
17日	2.5	3.2	3.6
18日	2.5	3.3	3.9
19日	2.7	3.4	4.2
20日	3.1	3.5	3.8
21日	2.9	3.5	3.8
22日	3.0	3.5	3.7
23日	3.0	3.5	3.7
24日	2.8	3.4	3.8
25日	2.7	3.4	4.8
26日	1.3	3.1	4.9
27日	1.8	3.1	4.3
28日	3.1	3.6	3.9
29日	3.3	3.6	3.8
30日	3.4	3.6	3.7
31日	3.3	3.6	4.0
全体	1.3	3.2	5.3

温度逸脱として、3月3日、3月11日、3月26日、3月27日に最低温度2度を下回った。

冷風が直接温度計に当たったことにより、発生した。

27日に直接風が当たらない対策を実施している。なお、治験検体は逸脱した期間には保管していない。

対策後は温度逸脱は発生していないことを報告する。

2025年4月1日
検査技師長

新上毅