

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/05

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	1.9	3.3	4.3
2日	3.2	3.6	4.1
3日	3.2	3.6	3.8
4日	3.3	3.7	3.9
5日	3.2	3.6	3.9
6日	3.3	3.5	4.0
7日	2.9	3.5	4.1
8日	2.8	3.5	4.0
9日	3.0	3.4	3.9
10日	3.2	3.4	3.8
11日	3.2	3.4	3.5
12日	3.0	3.5	4.5
13日	3.3	3.7	4.0
14日	3.5	3.7	4.8
15日	3.1	3.6	4.1
16日	3.3	3.6	4.0
17日	3.4	3.6	3.8
18日	3.4	3.6	3.8
19日	3.0	3.6	4.1
20日	3.2	3.7	4.4
21日	3.3	3.8	5.2
22日	3.5	3.8	4.8
23日	3.4	3.7	4.5
24日	3.5	3.7	4.0
25日	3.6	3.7	3.9
26日	3.3	3.7	4.8
27日	3.0	3.5	3.9
28日	3.0	3.5	4.1
29日	3.1	3.6	4.2
30日	3.0	3.5	3.9
31日	3.4	3.5	3.7
全体	1.9	3.6	5.2

温度逸脱は発生していないことを報告する。

2025年6月2日
検査技師長

野上 毅