

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/06

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	3.4	3.6	4.2
2日	2.9	3.5	4.1
3日	2.9	3.5	3.8
4日	3.1	3.5	3.8
5日	3.2	3.5	4.1
6日	3.3	3.7	4.1
7日	3.6	3.8	3.9
8日	3.6	3.8	4.0
9日	3.3	3.8	4.2
10日	3.5	3.9	4.5
11日	3.6	3.9	4.6
12日	3.4	3.8	4.3
13日	3.2	3.6	4.2
14日	3.4	3.6	3.8
15日	3.4	3.6	3.9
16日	3.3	3.6	4.3
17日	3.4	3.7	4.2
18日	3.3	3.9	4.8
19日	3.4	4.0	5.3
20日	3.2	3.6	3.9
21日	3.5	3.7	3.8
22日	3.5	3.7	3.8
23日	3.3	3.6	3.9
24日	3.3	3.6	3.8
25日	3.0	3.5	4.5
26日	2.9	3.1	3.8
27日	2.8	3.3	3.8
28日	3.6	3.7	3.8
29日	3.6	3.7	3.8
30日	3.5	3.7	4.1
全体	2.8	3.6	5.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年7月1日
検査技師長

新上毅