

## 姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/07

|     | 温度(℃) |     |     |
|-----|-------|-----|-----|
|     | 最低    | 平均  | 最高  |
| 1日  | 3.4   | 3.7 | 4.1 |
| 2日  | 3.4   | 3.7 | 4.1 |
| 3日  | 3.4   | 3.7 | 4.1 |
| 4日  | 3.4   | 3.7 | 4.1 |
| 5日  | 3.5   | 3.8 | 3.9 |
| 6日  | 3.5   | 3.7 | 4.0 |
| 7日  | 3.4   | 3.8 | 5.6 |
| 8日  | 3.2   | 3.8 | 4.4 |
| 9日  | 3.2   | 3.7 | 4.4 |
| 10日 | 3.1   | 3.5 | 4.0 |
| 11日 | 3.3   | 3.6 | 3.9 |
| 12日 | 3.4   | 3.7 | 3.9 |
| 13日 | 3.3   | 3.6 | 3.8 |
| 14日 | 3.1   | 3.6 | 4.3 |
| 15日 | 3.3   | 3.8 | 4.2 |
| 16日 | 3.6   | 3.8 | 4.3 |
| 17日 | 3.5   | 3.8 | 4.1 |
| 18日 | 3.4   | 3.8 | 5.2 |
| 19日 | 3.4   | 3.6 | 3.8 |
| 20日 | 3.4   | 3.6 | 3.8 |
| 21日 | 3.3   | 3.6 | 3.8 |
| 22日 | 3.2   | 3.6 | 4.1 |
| 23日 | 3.3   | 3.6 | 4.5 |
| 24日 | 3.4   | 3.9 | 4.4 |
| 25日 | 3.5   | 4.0 | 5.5 |
| 26日 | 3.8   | 4.0 | 4.1 |
| 27日 | 3.8   | 4.0 | 4.2 |
| 28日 | 3.6   | 4.0 | 4.8 |
| 29日 | 3.6   | 3.9 | 4.3 |
| 30日 | 3.4   | 3.9 | 4.1 |
| 31日 | 3.5   | 3.9 | 4.2 |
| 全体  | 3.1   | 3.8 | 5.6 |

温度逸脱がないことを確認しました。  
2025年8月1日  
検査技師長

野口 毅