

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/08

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.6	3.8	4.1
2日	3.6	3.8	4.0
3日	3.6	3.8	4.2
4日	3.4	3.8	4.1
5日	3.5	3.8	4.5
6日	1.9	3.5	4.2
7日	2.6	3.2	4.1
8日	2.6	3.1	3.4
9日	2.8	3.1	3.3
10日	2.8	3.1	3.3
11日	2.7	3.1	3.3
12日	2.5	3.0	3.5
13日	2.4	3.1	4.2
14日	2.7	3.1	3.9
15日	2.6	3.1	4.1
16日	2.7	3.1	3.4
17日	2.7	3.1	3.4
18日	2.6	3.1	3.9
19日	2.5	3.1	4.3
20日	2.6	3.2	4.1
21日	2.6	3.2	3.6
22日	2.6	3.1	3.7
23日	2.8	3.1	3.4
24日	2.8	3.1	3.4
25日	2.6	3.1	4.5
26日	2.4	3.1	4.5
27日	2.4	2.9	3.9
28日	2.3	2.9	3.3
29日	2.5	3.0	3.5
30日	2.6	2.9	3.2
31日	2.6	2.9	3.2
全体	1.9	3.2	4.5

8月14日12時46分からの1分 温度逸脱があったが検体保管は全く問題ないと判断する