

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/09

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	2.5	3.0	4.4
2日	2.2	2.9	3.6
3日	2.4	3.1	4.9
4日	2.9	3.3	3.6
5日	3.1	3.4	4.7
6日	3.2	3.5	3.7
7日	3.3	3.5	3.6
8日	2.9	3.5	3.8
9日	3.0	3.6	4.1
10日	3.2	3.7	4.3
11日	3.0	3.6	4.5
12日	3.1	3.5	5.5
13日	3.4	3.5	3.7
14日	3.3	3.5	3.7
15日	3.4	3.5	3.8
16日	3.0	3.5	3.9
17日	3.2	3.5	3.9
18日	3.1	3.5	3.8
19日	3.2	3.5	4.2
20日	3.3	3.5	3.6
21日	3.3	3.5	3.6
22日	2.8	3.3	4.4
23日	3.0	3.2	3.4
24日	1.9	3.4	4.0
25日	3.2	3.6	4.0
26日	3.2	3.5	4.4
27日	3.3	3.5	3.7
28日	3.2	3.4	3.7
29日	3.3	3.6	4.3
30日	3.1	3.6	4.0
全体	1.9	3.4	5.5

2025年9月24日10時18分から10時19分までの2分間、2.0~8.0℃を逸脱した。
冷風が直接温度計に当たったことにより発生した。
既に該当する依頼者へは報告し対応済。
その他温度逸脱がないことを確認した。
2025年10月2日
検査技師長

外上毅