

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/10

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	3.2	3.6	4.1
2日	3.2	3.6	4.4
3日	3.2	3.5	3.9
4日	3.4	3.5	3.7
5日	3.3	3.5	3.7
6日	3.3	3.8	4.3
7日	3.5	3.9	4.1
8日	3.6	3.9	4.3
9日	3.5	3.8	4.2
10日	3.3	3.7	4.7
11日	3.3	3.5	3.7
12日	3.3	3.5	3.6
13日	3.3	3.5	3.7
14日	3.2	3.6	4.0
15日	3.3	3.6	4.1
16日	3.3	3.6	4.3
17日	3.4	3.6	4.5
18日	3.4	3.6	3.8
19日	3.4	3.6	3.7
20日	3.3	3.7	4.1
21日	3.6	3.9	4.5
22日	3.5	3.9	4.3
23日	2.7	3.6	5.4
24日	2.9	3.3	3.5
25日	3.0	3.2	3.4
26日	3.0	3.2	3.4
27日	2.8	3.2	3.7
28日	2.7	3.1	3.4
29日	2.6	3.2	3.5
30日	3.0	3.3	3.6
31日	3.0	3.3	4.1
全体	2.6	3.5	5.4

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年11月4日
検査技師長

野上 毅