

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/11

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.2	3.7	4.1
2日	3.8	4.0	4.2
3日	3.7	3.9	4.2
4日	3.5	3.9	4.3
5日	3.4	3.8	4.1
6日	3.3	3.7	4.1
7日	3.1	3.5	3.9
8日	3.2	3.4	3.5
9日	3.2	3.4	3.5
10日	3.1	3.5	4.3
11日	3.2	3.6	4.0
12日	3.3	3.7	4.0
13日	3.5	3.7	4.1
14日	3.4	3.9	4.3
15日	3.9	4.1	4.2
16日	3.9	4.1	4.2
17日	3.8	4.0	4.3
18日	3.1	3.7	4.5
19日	3.1	3.3	3.9
20日	3.0	3.3	3.7
21日	3.1	3.3	4.3
22日	3.1	3.3	3.4
23日	3.1	3.3	3.4
24日	3.1	3.3	3.4
25日	2.9	3.3	3.6
26日	2.9	3.3	4.0
27日	3.0	3.5	4.0
28日	3.6	3.8	4.2
29日	3.7	4.0	4.3
30日	3.9	4.1	4.3
全体	2.9	3.6	4.5

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年12月1日

検査技師長

新上 毅