

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2025/12

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	3.8	4.1	4.6
2日	3.8	4.1	4.3
3日	3.0	3.7	4.4
4日	2.1	3.0	3.8
5日	1.9	3.0	4.0
6日	3.1	3.3	3.7
7日	3.2	3.4	3.5
8日	2.9	3.3	3.9
9日	1.7	3.3	3.7
10日	3.1	3.4	3.8
11日	3.2	3.6	4.0
12日	3.7	3.9	4.1
13日	3.8	3.9	4.2
14日	3.8	3.9	4.3
15日	3.6	3.9	4.1
16日	3.3	3.8	4.3
17日	3.1	3.3	3.8
18日	2.8	3.3	3.8
19日	3.0	3.2	3.5
20日	3.0	3.2	3.6
21日	3.0	3.2	3.3
22日	3.0	3.2	3.8
23日	3.0	3.1	3.7
24日	2.9	3.1	4.4
25日	2.8	3.0	3.4
26日	2.8	3.1	3.5
27日	3.0	3.1	3.2
28日	3.0	3.1	3.2
29日	3.0	3.1	3.6
30日	2.9	3.1	3.4
31日	2.9	3.1	3.2
全体	1.7	3.4	4.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年1月5日
検査技師長

野上 毅