

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/01

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	2.9	3.1	3.2
2日	3.0	3.1	3.2
3日	3.0	3.1	3.4
4日	2.9	3.1	3.6
5日	2.9	3.1	4.0
6日	2.8	3.1	3.4
7日	2.9	3.2	4.0
8日	3.5	3.7	3.9
9日	3.0	3.5	4.1
10日	3.0	3.2	3.4
11日	3.0	3.2	3.3
12日	3.1	3.2	3.5
13日	3.0	3.2	3.8
14日	3.1	3.3	3.7
15日	3.2	3.5	3.9
16日	3.4	3.7	4.3
17日	3.7	3.8	3.9
18日	3.6	3.8	4.6
19日	3.6	3.8	4.5
20日	3.6	3.8	4.1
21日	3.7	4.0	4.6
22日	4.0	4.1	4.8
23日	4.0	4.2	4.4
24日	4.1	4.2	4.4
25日	4.1	4.2	4.6
26日	3.3	3.9	4.5
27日	3.3	3.5	3.7
28日	3.3	3.5	4.4
29日	3.3	3.5	3.9
30日	3.3	3.5	4.1
31日	3.3	3.5	3.6
全体	2.8	3.5	4.8

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年2月2日
検査技師長

野上 毅