

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/02

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	3.3	3.5	3.8
2日	3.3	3.5	3.9
3日	3.2	3.6	4.8
4日	3.5	3.7	3.9
5日	3.5	3.7	4.0
6日	3.5	3.7	3.9
7日	3.6	3.7	3.9
8日	3.6	3.7	3.8
9日	3.6	3.7	4.4
10日	3.0	3.5	4.5
11日	3.0	3.2	3.3
12日	3.0	3.2	3.4
13日	2.9	3.1	3.6
14日	2.9	3.1	3.3
15日	2.9	3.2	3.7
16日	3.5	3.7	4.3
17日	3.6	3.8	4.0
18日	3.6	3.8	4.1
19日	3.7	3.9	4.3
20日	3.5	3.9	4.5
21日	3.5	3.7	3.8
22日	3.5	3.7	3.8
23日	3.5	3.6	3.8
24日	3.5	3.7	4.2
25日	3.5	3.7	4.2
26日	3.5	3.7	4.1
27日	3.6	3.8	4.2
28日	3.7	3.9	4.3
全体	2.9	3.6	4.8

温度逸脱がないことを確認しました。  
2026年3月2日  
検査技師長

野上 毅