

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/04

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.1	3.3	3.6
2日	3.2	3.4	3.8
3日	3.2	3.4	3.8
4日	3.2	3.3	3.5
5日	3.2	3.3	3.7
6日	3.2	3.5	4.1
7日	3.0	3.5	4.0
8日	3.3	3.7	4.4
9日	3.7	4.0	4.2
10日	3.9	4.1	4.4
11日	4.0	4.1	4.6
12日	4.0	4.1	4.3
13日	3.1	3.8	4.8
14日	3.1	3.4	3.8
15日	3.2	3.5	4.2
16日	3.3	3.5	4.2
17日	3.4	3.6	4.0
18日	3.4	3.5	3.6
19日	3.4	3.5	3.6
20日	3.4	3.6	4.6
21日	3.3	3.6	4.0
22日	3.5	3.6	4.0
23日	3.3	3.7	4.6
24日	3.5	3.7	4.1
25日	3.5	3.7	3.8
26日	3.5	3.7	3.8
27日	3.2	3.6	4.6
28日	3.2	3.5	4.1
29日	3.2	3.4	3.6
30日	3.2	3.4	3.9
全体	3.0	3.6	4.8

温度逸脱がないことを確認しました。  
2026年5月1日  
検査技師長

界ノ毅