

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/05

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	1.9	3.2	3.7
2日	2.9	3.1	3.4
3日	2.9	3.1	3.6
4日	2.8	3.1	3.3
5日	2.9	3.1	3.2
6日	2.9	3.3	3.6
7日	2.7	3.2	4.3
8日	2.3	2.9	3.4
9日	2.5	2.8	3.0
10日	2.5	2.8	3.3
11日	2.4	2.9	3.5
12日	2.8	3.1	3.7
13日	2.8	3.2	4.3
14日	3.2	3.4	3.8
15日	3.1	3.4	4.0
16日	3.3	3.5	3.6
17日	3.4	3.5	3.6
18日	3.0	3.4	4.0
19日	3.2	3.7	4.8
20日	3.0	3.6	4.3
21日	3.0	3.3	4.0
22日	3.0	3.5	5.6
23日	3.3	3.6	3.7
24日	3.4	3.6	3.7
25日	3.3	3.6	4.3
26日	3.2	3.5	4.0
27日	3.2	3.5	4.2
28日	3.4	3.6	4.7
29日	3.4	3.6	4.0
30日	3.4	3.6	3.7
31日	3.4	3.5	3.6
全体	1.9	3.3	5.6

5月1日13時03分から1分間、最低温度を0.1℃下回った。温度計に直接冷風が当たったことにより発生した。
 なお、この時間帯に治験検体の保管はしていない。
 その他時間帯については温度逸脱がないことを確認した。
 2026年6月1日
 検査技師長

新上 毅