

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/06

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.3	3.6	4.0
2日	3.3	3.6	4.1
3日	3.4	3.6	4.5
4日	3.4	3.7	4.3
5日	3.5	3.7	4.2
6日	3.5	3.7	3.7
7日	3.5	3.7	3.8
8日	3.5	3.7	4.1
9日	3.3	3.7	4.3
10日	3.4	3.7	5.4
11日	3.5	3.7	4.3
12日	3.4	3.7	4.0
13日	3.5	3.7	3.8
14日	3.6	3.7	3.8
15日	3.6	4.0	4.6
16日	3.8	3.9	4.2
17日	3.8	4.0	4.4
18日	3.8	4.0	4.4
19日	3.6	3.9	5.0
20日	3.7	3.8	3.9
21日	3.7	3.8	3.9
22日	3.5	3.7	4.2
23日	3.6	3.7	4.1
24日	3.4	3.7	4.4
25日	3.5	3.8	4.1
26日	3.7	3.9	4.4
27日	4.1	4.3	4.4
28日	4.0	4.2	4.6
29日	4.0	4.2	5.2
30日	3.4	3.9	4.6
全体	3.3	3.8	5.4

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年7月2日
検査技師長

新上毅