

姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/07

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	3.4	3.7	4.1
2日	3.3	3.6	4.4
3日	3.2	3.5	4.1
4日	3.3	3.4	3.6
5日	3.3	3.5	3.6
6日	3.3	3.5	4.6
7日	3.1	3.4	4.8
8日	3.0	3.3	4.0
9日	2.8	3.2	3.6
10日	2.0	3.1	4.1
11日	1.9	2.6	3.2
12日	1.6	2.5	3.9
13日	3.1	3.4	3.8
14日	3.1	3.4	3.9
15日	3.0	3.5	3.8
16日	3.5	3.8	4.1
17日	3.6	3.8	4.1
18日	3.7	3.9	4.0
19日	3.7	3.9	4.0
20日	3.7	3.9	4.0
21日	3.1	3.7	4.0
22日	3.3	3.7	4.3
23日	3.7	4.0	4.3
24日	3.8	4.0	4.3
25日	3.9	4.1	4.2
26日	4.0	4.1	4.2
27日	3.8	4.1	4.5
28日	3.7	4.2	4.5
29日	4.1	4.3	4.7
30日	4.0	4.6	5.0
31日	4.1	4.6	5.5
全体	1.6	3.7	5.5

7月11日1時49分からの1分間、7月12日8時35分から17時00分の間で複数回温度逸脱が生じましたが、その間治験検体の保管がされていないことを確認しました。
冷風が直接温度センサに当たっていたことによる逸脱と考えます。
上記以外の時間帯では温度逸脱がないことを確認しました。
2026年8月3日
検査技師長

