

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/08

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	4.2	4.3	4.4
2日	4.2	4.3	4.4
3日	3.8	4.3	4.8
4日	3.7	4.2	4.4
5日	4.1	4.3	4.6
6日	4.2	4.5	4.8
7日	4.3	4.6	4.8
8日	4.5	4.6	4.7
9日	4.4	4.6	4.7
10日	4.4	4.6	5.0
11日	4.4	4.5	4.6
12日	4.3	4.6	5.2
13日	4.0	4.4	4.9
14日	3.9	4.3	4.5
15日	4.2	4.4	4.5
16日	4.2	4.4	4.4
17日	4.1	4.3	4.6
18日	4.1	4.4	4.9
19日	4.3	4.6	4.8
20日	4.3	4.6	5.9
21日	4.5	4.7	5.0
22日	4.6	4.7	4.8
23日	4.6	4.7	4.7
24日	4.3	4.6	4.8
25日	4.3	4.5	4.9
26日	4.4	4.5	4.9
27日	4.2	4.5	4.6
28日	4.3	4.5	4.7
29日	4.4	4.5	4.6
30日	4.3	4.5	4.6
31日	4.2	4.4	4.7
全体	3.7	4.5	5.9

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年9月1日
検査技師長

印 上 長