

ID2107 [冷蔵庫(2~8℃)]

2026/09

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	4.2	4.4	4.6
2日	4.2	4.6	5.2
3日	4.7	4.9	5.5
4日	4.9	5.0	5.2
5日	4.9	5.0	5.1
6日	4.9	5.0	5.1
7日	4.9	5.1	5.7
8日	4.9	5.1	5.9
9日	4.9	5.1	5.5
10日	4.7	5.0	5.7
11日	4.6	4.9	5.4
12日	4.7	4.9	5.0
13日	4.7	4.9	5.1
14日	4.6	4.9	5.1
15日	4.7	5.0	5.4
16日	4.7	5.0	5.3
17日	4.8	5.0	5.2
18日	4.6	4.9	5.2
19日	4.6	4.7	4.7
20日	4.5	4.6	4.9
21日	4.6	4.7	4.8
22日	4.5	4.6	4.7
23日	4.5	4.6	4.7
24日	4.6	4.8	5.6
25日	4.8	5.0	5.1
26日	4.9	5.0	5.1
27日	4.8	5.0	5.1
28日	4.6	4.9	5.2
29日	4.7	4.9	5.3
30日	4.5	4.8	5.1
全体	4.2	4.9	5.9

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年10月1日
検査技師長

新上毅