姫路医療センター 検査科

ID2107 [冷蔵庫(2～8℃)]	2026/10

	温度(℃)		
	最低	平均	最高
1日	4.5	4.7	4.9
2日	4.4	4.8	4.9
3日	4.7	4.9	4.9
4日	4.7	4.9	4.9
5日	4.5	4.8	6.2
6日	4.4	4.7	4.9
7日	4.2	4.6	5.0
8日	4.1	4.3	4.6
9日	4.0	4.3	4.7
10日	4.1	4.2	4.4
11日	4.0	4.2	4.3
12日	4.0	4.2	4.4
13日	3.9	4.2	4.6
14日	3.7	4.2	4.4
15日	3.9	4.2	4.4
16日	4.0	4.2	5.2
17日	4.0	4.2	4.3
18日	4.0	4.2	4.3
19日	3.9	4.2	4.4
20日	4.0	4.3	4.6
21日	4.0	4.3	4.5
22日	4.0	4.3	4.7
23日	4.0	4.2	4.5
24日	4.1	4.2	4.4
25日	4.1	4.2	4.4
26日	3.8	4.2	4.4
27日	3.9	4.2	4.5
28日	4.1	4.4	4.7
29日	4.3	4.6	5.0
30日	4.5	4.6	4.8
31日	4.5	4.6	4.7
全体	3.7	4.4	6.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年11月2日
検査技師長 [signature]