

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2022/10

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.2	3.8	4.3
2日	3.3	3.8	4.3
3日	3.3	3.8	4.3
4日	3.3	3.8	4.3
5日	3.3	3.8	4.3
6日	3.3	3.8	4.3
7日	3.1	3.8	4.6
8日	3.1	3.7	4.2
9日	3.1	3.7	4.2
10日	3.1	3.7	4.2
11日	2.6	3.6	4.4
12日	2.7	3.8	4.7
13日	3.3	4.1	4.7
14日	3.3	4.0	4.7
15日	3.3	4.0	4.7
16日	3.3	4.0	4.7
17日	3.2	4.0	4.7
18日	3.2	4.0	5.4
19日	3.2	4.0	4.6
20日	3.2	4.0	4.6
21日	3.2	4.0	4.7
22日	3.3	4.1	4.7
23日	3.3	4.1	4.7
24日	3.3	4.1	4.7
25日	3.3	4.1	4.7
26日	3.3	4.1	4.7
27日	3.3	4.1	4.7
28日	3.3	4.1	4.7
29日	3.3	4.1	4.7
30日	3.3	4.1	4.7
31日	3.1	4.0	4.7
全体	2.6	3.9	5.4

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年11月1日

治験薬管理者：

山口 宗良