

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2022/11

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.1	3.9	4.5
2日	3.1	3.9	4.5
3日	3.1	3.8	4.5
4日	3.1	3.9	4.7
5日	3.2	4.0	4.6
6日	3.2	4.0	4.6
7日	3.2	4.0	4.6
8日	3.2	4.0	4.6
9日	3.2	4.0	4.6
10日	3.2	4.0	4.6
11日	3.2	4.0	4.6
12日	3.2	4.0	4.6
13日	3.2	4.0	4.6
14日	3.2	4.0	4.6
15日	3.2	4.0	4.6
16日	3.2	4.0	4.6
17日	3.2	4.0	4.6
18日	3.0	3.9	4.6
19日	3.0	3.8	4.4
20日	3.0	3.8	4.4
21日	3.0	3.8	4.4
22日	3.0	3.8	4.5
23日	3.0	3.8	4.4
24日	3.0	3.8	4.4
25日	3.0	3.8	4.5
26日	3.0	3.8	4.4
27日	2.9	3.8	4.4
28日	3.0	3.8	4.5
29日	3.0	4.1	4.7
30日	3.9	4.3	4.7
全体	2.9	3.9	4.7

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年 12月 / 日

治験薬管理者：

平山 真秀