

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2023/01

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.1	3.6	4.1
2日	3.1	3.6	4.1
3日	3.2	3.7	4.1
4日	3.2	3.7	4.1
5日	3.1	3.7	4.1
6日	3.0	3.7	4.1
7日	3.0	3.6	4.1
8日	3.0	3.6	4.0
9日	3.0	3.6	4.1
10日	3.0	3.6	4.1
11日	3.0	3.6	4.1
12日	3.0	3.7	4.1
13日	3.2	3.7	4.1
14日	3.1	3.6	4.1
15日	3.2	3.6	4.1
16日	3.2	3.7	4.1
17日	3.1	3.7	4.1
18日	3.2	3.7	4.1
19日	3.3	3.8	4.2
20日	3.3	3.8	4.1
21日	3.3	3.8	4.1
22日	3.3	3.8	4.2
23日	3.4	3.8	4.2
24日	3.3	3.8	4.2
25日	3.4	3.8	4.2
26日	3.4	3.9	4.2
27日	3.4	3.8	4.3
28日	3.4	3.9	4.3
29日	3.4	3.9	4.3
30日	3.4	3.9	4.3
31日	3.4	3.9	4.3
全体	3.0	3.7	4.3

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年1月4日

1/10/2023 治験薬管理者
artur Mit

平山 真秀