

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2023/12

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.2	3.9	4.5
2日	3.2	3.9	4.5
3日	3.2	3.9	4.5
4日	3.2	3.9	4.5
5日	3.1	3.9	4.5
6日	3.1	3.8	4.5
7日	3.1	3.9	4.6
8日	3.3	3.9	4.8
9日	3.3	3.8	4.2
10日	3.3	3.8	4.2
11日	3.3	3.8	4.2
12日	3.3	3.8	4.2
13日	3.4	3.9	4.6
14日	3.4	3.8	4.2
15日	3.4	3.8	4.2
16日	3.4	3.8	4.2
17日	3.4	3.8	4.2
18日	3.4	4.0	4.4
19日	3.6	4.1	4.6
20日	3.4	3.9	4.3
21日	3.4	3.9	4.3
22日	3.5	3.9	4.3
23日	3.5	3.9	4.3
24日	3.5	3.9	4.3
25日	3.5	3.9	4.3
26日	3.2	3.9	4.5
27日	3.1	3.8	4.4
28日	3.2	3.8	4.5
29日	3.3	3.9	4.4
30日	3.3	3.9	4.4
31日	3.3	3.9	4.4
全体	3.1	3.9	4.8

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年1月4日

治験薬管理者

中山 真秀