

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2024/04

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.9	4.2	4.4
2日	3.9	4.2	4.6
3日	3.8	4.2	4.4
4日	3.8	4.1	4.6
5日	3.8	4.3	4.7
6日	4.1	4.4	4.6
7日	4.1	4.4	4.6
8日	4.1	4.4	4.7
9日	4.0	4.4	4.8
10日	4.0	4.3	4.6
11日	4.0	4.3	4.6
12日	4.0	4.3	4.6
13日	4.0	4.3	4.6
14日	4.0	4.4	4.6
15日	4.0	4.3	4.6
16日	4.0	4.3	4.6
17日	4.0	4.4	5.3
18日	4.1	4.4	4.7
19日	4.1	4.4	4.6
20日	4.1	4.4	4.7
21日	4.1	4.4	4.7
22日	4.1	4.4	4.6
23日	4.1	4.4	4.8
24日	4.1	4.4	4.6
25日	1.5	4.2	4.6
26日	4.1	4.4	4.6
27日	4.1	4.4	4.6
28日	4.1	4.4	4.6
29日	4.1	4.4	4.6
30日	4.1	4.4	4.6
全体	1.5	4.3	5.3

冷蔵庫工事のため、15:05に庫内の治験薬を全てID2101[治験薬冷蔵庫]へ移動させた。  
 工事終了し庫内の温度が安定していたため16:05に治験薬を全て元に戻した。  
 4月25日15:05-16:05は、ID2101[治験薬冷蔵庫]にて温度逸脱がないことを確認している。  
 その他、温度逸脱がないことを確認した。  
 2024年5月1日  
 治験薬管理者 平山 真秀