

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2024/07

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	2.2	3.0	3.9
2日	2.2	3.1	3.8
3日	1.7	3.2	4.6
4日	3.1	4.1	4.9
5日	4.2	4.5	4.8
6日	4.1	4.5	4.8
7日	4.1	4.5	4.8
8日	4.1	4.6	4.9
9日	4.3	4.6	5.5
10日	4.3	4.6	5.0
11日	4.3	4.7	4.9
12日	4.3	4.7	5.2
13日	4.3	4.7	4.9
14日	4.3	4.7	5.0
15日	4.3	4.7	5.0
16日	4.3	4.8	5.2
17日	4.6	4.9	5.3
18日	4.3	4.9	6.7
19日	4.8	4.9	5.1
20日	4.8	4.9	5.0
21日	4.8	4.9	5.0
22日	4.8	4.9	5.0
23日	4.8	5.1	5.6
24日	5.1	5.2	5.3
25日	5.1	5.2	5.3
26日	5.1	5.2	5.3
27日	5.1	5.2	5.3
28日	5.1	5.2	5.3
29日	5.1	5.2	5.3
30日	5.1	5.2	5.3
31日	5.1	5.2	5.3
全体	1.7	4.7	6.7

7月3日 14:48~14:50の3分間、1.7~1.9度を計測したが、その間冷蔵庫の温度計は4度を示していたことを確認している。原因として、冷風による一時的な冷蔵庫内の温度低下により記録計が感知していたことが考えられる。冷蔵庫のアラームはなっていないことから、治験薬は4度で保管されていることを証明する。その他、温度逸脱がないことを確認した。

2024年8月1日
治験薬管理者

竹松 恭樹

平山 真秀