

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2024/08

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.1	5.2	5.4
2日	5.1	5.2	5.5
3日	5.1	5.2	5.3
4日	5.1	5.2	5.3
5日	5.1	5.2	5.3
6日	5.1	5.2	5.3
7日	4.8	5.1	5.5
8日	4.8	5.0	5.6
9日	5.0	5.2	5.4
10日	5.1	5.2	5.3
11日	5.0	5.2	5.3
12日	5.0	5.2	5.3
13日	5.1	5.2	5.3
14日	5.0	5.2	5.3
15日	5.0	5.2	5.3
16日	5.0	5.1	5.3
17日	5.0	5.1	5.2
18日	5.0	5.1	5.2
19日	5.0	5.1	5.2
20日	5.0	5.2	5.6
21日	5.0	5.2	5.7
22日	5.0	5.2	5.4
23日	5.1	5.2	5.4
24日	5.1	5.2	5.4
25日	5.1	5.2	5.4
26日	5.1	5.2	5.3
27日	5.1	5.2	5.4
28日	5.1	5.2	5.4
29日	5.1	5.3	5.8
30日	5.3	5.5	5.6
31日	5.3	5.5	5.7
全体	4.8	5.2	5.8

温度逸脱がないことを確認しました。  
2024年9月2日  
治験薬管理者 平山 真秀