

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2024/09

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.3	5.5	5.7
2日	5.3	5.5	5.7
3日	5.3	5.5	5.7
4日	5.3	5.5	6.2
5日	5.3	5.4	5.5
6日	5.3	5.5	6.0
7日	5.3	5.5	5.7
8日	5.3	5.5	5.6
9日	5.3	5.5	5.6
10日	5.3	5.5	5.6
11日	5.3	5.5	5.7
12日	5.2	5.4	5.6
13日	5.2	5.3	5.5
14日	5.2	5.3	5.4
15日	5.2	5.3	5.4
16日	5.2	5.3	5.4
17日	5.2	5.3	5.4
18日	5.2	5.3	5.5
19日	5.2	5.4	5.7
20日	5.3	5.5	5.6
21日	5.3	5.4	5.6
22日	5.3	5.4	5.6
23日	5.3	5.4	5.6
24日	5.3	5.4	5.6
25日	5.3	5.4	5.6
26日	5.2	5.4	5.6
27日	5.3	5.4	5.7
28日	5.4	5.5	5.6
29日	5.4	5.5	5.6
30日	5.4	5.5	5.6
全体	5.2	5.4	6.2

温度逸脱がないことを確認しました。  
2024年10月1日  
治験薬管理者  
平山 真秀