

姫路医療センター 薬剤部

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2024/12

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	5.4	5.5	5.6
2日	5.4	5.5	5.6
3日	5.4	5.5	5.6
4日	5.4	5.5	5.6
5日	5.4	5.5	5.6
6日	5.4	5.6	5.7
7日	5.5	5.6	5.7
8日	5.5	5.6	5.7
9日	5.5	5.6	5.7
10日	5.5	5.6	5.7
11日	5.5	5.6	6.0
12日	5.4	5.6	5.7
13日	5.4	5.5	5.5
14日	5.3	5.4	5.5
15日	5.4	5.4	5.5
16日	5.4	5.4	5.5
17日	5.4	5.5	5.5
18日	5.4	5.5	5.6
19日	5.4	5.5	5.6
20日	5.4	5.4	5.5
21日	5.3	5.4	5.5
22日	5.3	5.4	5.5
23日	5.3	5.4	5.5
24日	5.4	5.4	5.5
25日	5.2	5.3	5.5
26日	5.2	5.3	5.4
27日	5.2	5.3	5.4
28日	5.3	5.4	5.5
29日	5.3	5.4	5.5
30日	5.3	5.4	5.5
31日	5.3	5.4	5.4
全体	5.2	5.5	6.0

温度逸脱がないことを確認しました。

2025年1月6日

治験薬管理者

