

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2025/05

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.4	5.5	5.8
2日	5.4	5.6	5.7
3日	5.5	5.6	5.7
4日	5.5	5.6	5.7
5日	5.5	5.6	5.7
6日	5.5	5.6	5.7
7日	5.5	5.6	5.7
8日	5.5	5.7	5.9
9日	5.7	5.8	5.9
10日	5.7	5.8	5.9
11日	5.7	5.8	5.9
12日	5.7	5.8	5.9
13日	5.5	5.7	6.3
14日	5.6	5.6	5.7
15日	5.3	5.6	6.0
16日	5.1	5.4	6.1
17日	5.0	5.2	5.3
18日	5.0	5.2	5.3
19日	5.1	5.2	5.3
20日	5.0	5.2	5.3
21日	5.0	5.2	5.3
22日	5.0	5.2	5.3
23日	5.1	5.3	6.0
24日	5.2	5.4	5.5
25日	5.2	5.4	5.5
26日	5.2	5.3	5.5
27日	5.2	5.4	5.5
28日	5.2	5.3	5.5
29日	5.2	5.3	5.5
30日	5.2	5.4	5.5
31日	5.3	5.4	5.5
全体	5.0	5.5	6.3

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年5月1日
治験薬管理者

中山 真香