

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2025/06

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.2	5.4	5.5
2日	5.2	5.4	5.5
3日	5.2	5.4	5.5
4日	5.2	5.4	5.5
5日	5.2	5.4	5.5
6日	5.2	5.3	5.5
7日	5.2	5.3	5.5
8日	5.2	5.3	5.5
9日	5.2	5.3	5.5
10日	5.2	5.3	5.5
11日	5.2	5.3	5.4
12日	4.9	5.2	5.6
13日	4.9	5.1	5.2
14日	4.9	5.1	5.2
15日	4.9	5.0	5.2
16日	4.9	5.0	5.2
17日	4.9	5.0	5.2
18日	4.9	5.0	5.2
19日	4.1	4.9	6.2
20日	4.1	4.5	5.0
21日	4.3	4.6	4.9
22日	4.2	4.6	4.9
23日	4.2	4.7	5.2
24日	4.4	4.8	5.2
25日	4.4	4.8	5.2
26日	4.4	4.8	5.2
27日	4.4	4.8	5.2
28日	4.4	4.8	5.2
29日	4.4	4.8	5.2
30日	4.3	4.8	5.2
全体	4.1	5.0	6.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年7月1日
治験薬管理者

平山 夏希