

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2025/07

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.3	4.8	5.3
2日	4.4	4.8	5.2
3日	4.4	4.9	5.2
4日	4.4	4.8	5.2
5日	4.4	4.8	5.2
6日	4.4	4.8	5.2
7日	4.4	4.8	5.3
8日	4.4	4.8	5.2
9日	4.4	4.8	5.2
10日	4.4	4.9	5.3
11日	4.5	4.9	5.3
12日	4.5	4.9	5.3
13日	4.5	4.9	5.3
14日	4.5	4.9	5.3
15日	4.5	4.9	5.3
16日	4.5	4.9	5.3
17日	4.5	4.9	5.3
18日	4.4	4.9	6.0
19日	4.4	4.8	5.2
20日	4.4	4.8	5.2
21日	4.4	4.8	5.2
22日	4.4	4.8	5.2
23日	4.4	4.8	6.1
24日	4.4	4.7	5.1
25日	4.4	4.7	5.1
26日	4.4	4.7	5.1
27日	4.4	4.7	5.1
28日	4.4	4.7	5.1
29日	4.4	4.7	5.7
30日	4.4	4.7	5.1
31日	4.4	4.8	5.3
全体	4.3	4.8	6.1

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年8月1日
治験薬管理者

平山 真秀