

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2025/10

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.6	4.8	5.0
2日	4.6	4.9	5.2
3日	4.7	4.9	5.0
4日	4.6	4.8	5.0
5日	4.6	4.8	5.0
6日	4.6	4.8	5.0
7日	4.7	4.8	5.0
8日	4.6	4.8	5.0
9日	4.7	4.9	5.0
10日	4.7	4.9	5.3
11日	4.9	5.0	5.1
12日	4.9	5.0	5.1
13日	4.8	5.0	5.1
14日	4.9	5.0	5.1
15日	4.9	5.0	5.1
16日	4.9	5.0	5.1
17日	4.9	5.0	5.1
18日	4.9	5.0	5.1
19日	4.9	5.0	5.1
20日	4.9	5.0	5.1
21日	4.4	4.9	5.6
22日	4.4	4.7	5.0
23日	4.4	4.7	5.0
24日	4.4	4.7	5.0
25日	4.3	4.7	5.0
26日	4.3	4.7	5.0
27日	4.3	4.7	5.0
28日	4.4	4.7	5.6
29日	4.5	4.8	5.0
30日	4.5	4.8	5.1
31日	4.5	4.8	5.1
全体	4.3	4.9	5.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年11月4日
治験薬管理者

平山 真秀