

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2025/11

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.5	4.8	5.0
2日	4.5	4.7	5.0
3日	4.5	4.7	5.0
4日	4.4	4.7	5.0
5日	4.5	4.7	5.0
6日	4.5	4.7	5.0
7日	4.5	4.8	5.0
8日	4.5	4.8	5.0
9日	4.5	4.8	5.0
10日	4.5	5.0	6.1
11日	5.1	5.2	5.4
12日	5.0	5.3	5.7
13日	5.2	5.4	5.5
14日	5.3	5.4	5.5
15日	5.3	5.4	5.5
16日	5.3	5.4	5.5
17日	5.3	5.4	5.5
18日	5.3	5.4	5.6
19日	5.3	5.5	6.1
20日	5.2	5.4	5.7
21日	5.2	5.3	5.5
22日	5.2	5.3	5.4
23日	5.2	5.3	5.4
24日	5.1	5.3	5.4
25日	5.2	5.3	5.4
26日	5.1	5.3	5.4
27日	5.1	5.3	5.4
28日	5.1	5.3	5.4
29日	5.1	5.3	5.4
30日	5.1	5.3	5.4
全体	4.4	5.2	6.1

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年12月1日
治験薬管理者

平山 真彦