

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2026/04

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.4	5.5	5.5
2日	5.4	5.5	5.5
3日	5.4	5.5	5.5
4日	5.4	5.5	5.5
5日	5.4	5.5	5.5
6日	5.4	5.5	5.5
7日	5.4	5.5	5.5
8日	5.4	5.5	5.5
9日	5.4	5.5	5.5
10日	5.4	5.5	5.5
11日	5.4	5.5	5.5
12日	5.4	5.5	5.5
13日	5.4	5.5	5.5
14日	5.4	5.5	5.5
15日	5.4	5.5	5.5
16日	5.4	5.5	5.6
17日	5.4	5.5	5.5
18日	5.4	5.5	5.5
19日	5.4	5.5	5.5
20日	5.4	5.5	5.5
21日	5.4	5.5	5.5
22日	5.4	5.5	5.7
23日	5.4	5.5	5.5
24日	5.4	5.6	6.0
25日	5.7	5.7	5.8
26日	5.6	5.7	5.8
27日	5.6	5.7	5.8
28日	5.6	5.7	5.8
29日	5.6	5.7	5.8
30日	5.6	5.7	5.8
全体	5.4	5.5	6.0

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年5月1日
治験薬管理者

中筋 千佳