

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2026/07

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.6	5.7	5.8
2日	5.6	5.7	5.7
3日	5.6	5.7	5.8
4日	5.6	5.7	5.8
5日	5.6	5.7	5.8
6日	5.6	5.7	5.8
7日	5.6	5.7	5.9
8日	5.6	5.7	6.0
9日	5.6	5.7	5.8
10日	5.6	5.7	5.8
11日	5.6	5.7	5.8
12日	5.6	5.7	5.8
13日	5.6	5.7	5.8
14日	5.2	5.5	6.9
15日	5.2	5.3	5.4
16日	5.2	5.3	5.4
17日	5.3	5.5	5.8
18日	5.6	5.7	5.8
19日	5.6	5.7	5.8
20日	5.6	5.7	5.8
21日	5.6	5.7	5.8
22日	5.6	5.7	6.4
23日	5.5	5.6	5.7
24日	5.5	5.6	5.7
25日	5.5	5.6	5.7
26日	5.5	5.6	5.7
27日	5.5	5.6	5.7
28日	5.5	5.6	5.7
29日	5.5	5.6	5.8
30日	5.5	5.6	5.9
31日	5.5	5.6	5.7
全体	5.2	5.6	6.9

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年8月3日
治験薬管理者

中筋 千佳