

ID2100 [治験薬冷蔵庫(冷所12)]

2026/08

	温度(°C)		
	最低	平均	最高
1日	5.5	5.6	5.7
2日	5.5	5.6	5.7
3日	5.5	5.6	5.7
4日	5.5	5.6	5.7
5日	5.5	5.6	5.7
6日	5.5	5.6	5.7
7日	5.5	5.6	5.9
8日	5.5	5.6	5.7
9日	5.5	5.6	5.7
10日	5.5	5.6	5.7
11日	5.5	5.6	5.7
12日	5.5	5.6	5.7
13日	5.5	5.6	6.0
14日	5.5	5.6	5.7
15日	5.5	5.6	5.7
16日	5.5	5.6	5.7
17日	5.5	5.6	5.8
18日	5.5	5.6	5.7
19日	5.5	5.6	5.7
20日	5.5	5.6	5.7
21日	5.5	5.6	6.0
22日	5.5	5.6	5.7
23日	5.5	5.6	5.7
24日	5.5	5.6	5.7
25日	5.5	5.6	5.7
26日	5.5	5.6	5.7
27日	5.5	5.6	5.7
28日	5.5	5.6	5.7
29日	5.5	5.6	5.7
30日	5.5	5.6	5.7
31日	5.5	5.6	5.7
全体	5.5	5.6	6.0

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年9月1日
治験薬管理者

中節 千佳