

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2022/10

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.2	4.7	5.1
2日	4.2	4.7	5.1
3日	4.2	4.7	5.1
4日	4.2	4.7	5.0
5日	4.2	4.7	5.0
6日	4.2	4.7	5.1
7日	4.2	4.7	5.1
8日	4.2	4.7	5.0
9日	4.2	4.7	5.0
10日	4.2	4.7	5.1
11日	4.2	4.7	5.0
12日	4.2	4.7	5.3
13日	4.2	4.7	5.0
14日	4.3	4.7	5.0
15日	4.2	4.6	5.0
16日	4.2	4.6	5.0
17日	4.2	4.6	5.0
18日	4.2	4.6	5.0
19日	4.1	4.8	5.3
20日	4.4	4.9	5.3
21日	4.4	4.8	5.1
22日	4.4	4.8	5.2
23日	4.4	4.8	5.1
24日	4.4	5.0	5.4
25日	4.8	5.2	5.4
26日	4.7	5.1	5.4
27日	4.8	5.1	5.4
28日	4.8	5.1	5.4
29日	4.8	5.1	5.4
30日	4.8	5.1	5.4
31日	4.8	5.1	5.4
全体	4.1	4.8	5.4

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年11月1日

治験薬管理者：