

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2022/11

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.8	5.1	5.4
2日	4.8	5.1	5.4
3日	4.8	5.1	5.4
4日	4.8	5.1	5.4
5日	4.8	5.1	5.4
6日	4.8	5.1	5.4
7日	4.8	5.1	5.4
8日	4.8	5.1	5.4
9日	4.7	5.1	5.4
10日	4.8	5.2	5.4
11日	4.8	5.1	5.4
12日	4.8	5.1	5.4
13日	4.8	5.1	5.4
14日	4.8	5.1	5.4
15日	4.8	5.1	5.4
16日	4.8	5.2	5.4
17日	4.8	5.2	5.4
18日	4.8	5.2	5.4
19日	4.8	5.2	5.4
20日	4.8	5.2	5.4
21日	3.5	4.6	5.4
22日	3.7	4.2	4.6
23日	3.7	4.2	4.6
24日	3.7	4.2	4.6
25日	3.7	4.2	4.7
26日	3.7	4.2	4.6
27日	3.7	4.2	4.6
28日	3.7	4.2	4.6
29日	3.7	4.2	4.6
30日	3.7	4.2	4.6
全体	3.5	4.8	5.4

温度逸脱がないことを確認しました。

2022年 12月 / 日

治験薬管理者: 中山 真希