

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2023/01

|     | 温度(°c) |     |     |
|-----|--------|-----|-----|
|     | 最低     | 平均  | 最高  |
| 1日  | 3.6    | 4.1 | 4.6 |
| 2日  | 3.6    | 4.1 | 4.5 |
| 3日  | 3.6    | 4.2 | 4.6 |
| 4日  | 3.6    | 4.1 | 4.6 |
| 5日  | 3.6    | 4.1 | 4.6 |
| 6日  | 3.6    | 4.1 | 4.6 |
| 7日  | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 8日  | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 9日  | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 10日 | 3.8    | 4.2 | 4.5 |
| 11日 | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 12日 | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 13日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 14日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 15日 | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 16日 | 3.8    | 4.1 | 4.5 |
| 17日 | 3.7    | 4.1 | 4.5 |
| 18日 | 3.8    | 4.1 | 4.5 |
| 19日 | 3.7    | 4.1 | 4.5 |
| 20日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 21日 | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 22日 | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 23日 | 3.8    | 4.2 | 4.5 |
| 24日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 25日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 26日 | 3.8    | 4.2 | 4.4 |
| 27日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 28日 | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 29日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 30日 | 3.7    | 4.1 | 4.4 |
| 31日 | 3.8    | 4.1 | 4.4 |
| 全体  | 3.6    | 4.1 | 4.6 |

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年1月4日 <sup>2月6日</sup> 2/6/2023 dhor  
curaf

治験薬管理者

平山真秀