

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2023/03

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.8	4.2	4.5
2日	3.8	4.2	4.5
3日	3.8	4.2	4.5
4日	3.8	4.2	4.5
5日	3.8	4.2	4.5
6日	3.8	4.2	4.5
7日	3.7	4.2	4.5
8日	3.7	4.2	4.6
9日	3.9	4.3	4.6
10日	3.9	4.3	4.6
11日	3.9	4.3	4.6
12日	3.9	4.3	4.6
13日	3.9	4.3	4.6
14日	3.9	4.3	4.5
15日	3.9	4.3	4.6
16日	3.9	4.3	4.6
17日	3.9	4.3	4.6
18日	3.9	4.3	4.6
19日	3.9	4.3	4.6
20日	3.9	4.3	4.6
21日	3.9	4.3	4.6
22日	3.9	4.3	4.6
23日	3.8	4.3	4.6
24日	3.9	4.3	4.6
25日	3.9	4.3	4.6
26日	3.9	4.3	4.6
27日	3.9	4.3	4.6
28日	4.0	4.3	4.6
29日	3.9	4.3	4.6
30日	3.9	4.3	4.6
31日	3.9	4.3	4.5
全体	3.7	4.3	4.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年4月3日

治験薬管理者 平山真秀