

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2023/04

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.0	4.3	4.5
2日	3.9	4.2	4.5
3日	3.9	4.3	4.5
4日	4.0	4.3	4.5
5日	3.9	4.3	4.6
6日	3.9	4.3	4.5
7日	3.9	4.3	4.5
8日	3.9	4.3	4.5
9日	3.9	4.2	4.5
10日	3.9	4.2	4.6
11日	3.9	4.3	4.6
12日	3.9	4.3	4.6
13日	3.9	4.3	4.5
14日	4.1	4.3	4.5
15日	3.9	4.2	4.5
16日	3.9	4.3	4.5
17日	3.9	4.3	4.5
18日	3.9	4.3	4.5
19日	3.9	4.3	4.6
20日	3.9	4.3	4.6
21日	3.9	4.3	4.6
22日	4.0	4.3	4.6
23日	3.9	4.3	4.6
24日	3.9	4.3	4.6
25日	3.9	4.3	4.6
26日	3.9	4.3	4.6
27日	3.9	4.3	4.6
28日	3.9	4.3	4.6
29日	3.9	4.3	4.6
30日	3.9	4.3	4.5
全体	3.9	4.3	4.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年5月1日

治験薬管理者 平山 真秀