

## 姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2023/05

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.9	4.3	4.6
2日	3.9	4.2	4.5
3日	3.9	4.3	4.6
4日	3.9	4.3	4.6
5日	3.9	4.3	4.6
6日	3.9	4.3	4.6
7日	3.9	4.3	4.5
8日	3.9	4.3	4.6
9日	3.9	4.3	4.6
10日	3.9	4.2	4.5
11日	3.8	4.2	4.5
12日	3.8	4.2	4.5
13日	3.8	4.2	4.5
14日	3.8	4.2	4.5
15日	3.8	4.2	4.5
16日	3.9	4.2	4.5
17日	3.8	4.2	4.5
18日	3.9	4.2	4.5
19日	3.8	4.2	4.5
20日	3.9	4.2	4.5
21日	3.9	4.2	4.5
22日	2.9	4.1	4.5
23日	3.2	3.8	4.3
24日	3.3	3.8	4.3
25日	3.3	3.8	4.3
26日	3.3	3.8	4.3
27日	3.3	3.8	4.3
28日	3.3	3.8	4.3
29日	3.3	3.8	4.3
30日	3.3	3.8	4.3
31日	3.3	3.8	4.3
全体	2.9	4.1	4.6

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年6月1日

治験薬管理者

平山 真秀