

## 姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2023/09

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	2.8	3.9	4.7
2日	2.8	3.8	4.7
3日	2.8	3.8	4.7
4日	2.8	3.9	4.8
5日	2.8	3.9	4.7
6日	2.8	3.8	4.7
7日	2.8	3.9	4.8
8日	2.8	3.9	4.7
9日	2.8	3.8	4.7
10日	2.8	3.8	4.7
11日	<b>2.7</b>	3.8	4.8
12日	<b>2.7</b>	3.8	4.7
13日	<b>2.7</b>	3.8	4.7
14日	<b>2.7</b>	3.8	4.7
15日	<b>2.7</b>	3.8	4.6
16日	<b>2.7</b>	3.8	4.6
17日	2.8	3.8	4.6
18日	<b>2.7</b>	3.8	4.6
19日	2.8	3.8	4.7
20日	2.8	3.8	4.7
21日	2.8	3.8	4.6
22日	2.9	3.9	4.8
23日	3.1	4.0	4.8
24日	3.1	4.1	<b>4.9</b>
25日	3.1	4.1	<b>4.9</b>
26日	3.1	4.0	4.8
27日	3.0	4.0	<b>4.9</b>
28日	3.0	4.0	4.8
29日	3.0	4.0	4.8
30日	3.0	4.0	4.8
全体	<b>2.7</b>	3.9	<b>4.9</b>

温度逸脱がないことを確認しました。

2023年10月2日

治験薬管理者

平山 真秀