

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2023/12

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	3.4	4.3	5.1
2日	3.3	4.3	5.1
3日	3.3	4.3	5.1
4日	3.4	4.3	5.1
5日	3.4	4.3	5.1
6日	3.4	4.3	5.2
7日	3.4	4.4	5.1
8日	3.4	4.4	5.2
9日	3.5	4.4	5.2
10日	3.5	4.4	5.2
11日	3.5	4.4	5.2
12日	3.4	4.4	5.2
13日	3.1	4.3	5.2
14日	3.2	4.2	5.0
15日	3.2	4.2	5.0
16日	3.2	4.2	5.0
17日	3.2	4.2	5.1
18日	3.2	4.2	5.1
19日	3.2	4.2	5.1
20日	3.2	4.2	5.1
21日	3.2	4.2	5.0
22日	3.2	4.2	5.0
23日	3.2	4.2	5.1
24日	3.2	4.2	5.1
25日	3.2	4.2	5.0
26日	3.3	4.2	5.1
27日	2.9	4.1	5.0
28日	3.0	3.9	4.8
29日	3.0	4.0	4.8
30日	3.0	3.9	4.8
31日	3.0	4.0	4.7
全体	2.9	4.2	5.2

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年1月4日

治験薬管理者

平山真秀